



PREFEITURA MUNICIPAL DE SELBACH

Largo Adolfo Albino Werlang, 14

Fone: (54) 3387-1144

www.selbach.rs.gov.br

Setor de Licitações

AVISO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

O **MUNICÍPIO DE SELBACH**, em conformidade com o art. 75, § 3º, da Lei Federal nº 14.133/2021, torna público que a Administração pretende realizar a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.

Eventuais interessados poderão apresentar Proposta de Preços no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar do próximo dia útil desta publicação, oportunidade em que a administração escolherá a proposta mais vantajosa. Orçamento deve ser entregue junto ao setor de licitações da Prefeitura Municipal de Selbach/RS, sito o Largo Adolfo Albino Werlang, nº 14 - CEP 99450-000, ou enviado para o e-mail: licitacao@selbach.rs.gov.br até as 17h00min do dia 18 de Setembro de 2026.

Selbach/RS, 15 de Setembro de 2026.

MICHAEL


KUHN:0087

5714048

MICHAEL KUHN

Prefeito Municipal

Assinado de forma
digital por MICHAEL
KUHN:00875714048
Dados: 2026.09.15
13:24:03 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE SELBACH/RS

Largo Adolfo Albino Werlang, 14

Fone: (54)3387-1144

www.selbach.rs.gov.br

Setor de Licitações

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

PARTE 1/5

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

O objeto da presente licitação é a aquisição de material de enfermagem.

A aquisição se faz necessária em razão da necessidade da continuidade do atendimento dos usuários da Unidade de Saúde.

2. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO

A contratação pretendida está prevista no Plano de Contratações Anual, dos itens 77 ao 183, estando assim alinhada com o planejamento desta Administração. O material será adquirido com o recurso da Atenção Primária.

3. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

O material entregue deve estar de acordo com o que foi solicitado, atendendo ao descritivo técnico do item licitado e cumprindo com os requisitos de qualidade e funcionalidade. Prazo de entrega 15 dias. Garantia de assistência técnica. Conformidade com normas da ANVISA, INMETRO, e outras agências reguladoras. Materiais devem ser estéreis e novos. Todos os produtos devem ter prazo de validade mínimo de 18 meses a contar da data de entrega.

4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Os quantitativos estimados para a contratação pretendida têm como parâmetro as últimas contratações com o mesmo objeto, realizadas por esta Administração

Neste sentido, seque memória de cálculo:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
1	Saco de Lixo para Resíduo Infectante/ Hospitalar (Saco Branco) de 30 litros, cor branca leitosa, opacidade suficiente para impedir a visualização do	Pacote (100unid)	20 Pacotes



PREFEITURA MUNICIPAL DE SELBACH/RS

Largo Adolfo Albino Werlang, 14

Fone: (54)3387-1144

www.selbach.rs.gov.br

Setor de Licitações

	conteúdo, capacidade nominal de 30 litros. Fabricado em polietileno de alta densidade (PEAD) virgem, com solda de fundo reforçada, resistente a ruptura e vazamento de líquidos. Deve conter impresso o símbolo internacional de risco biológico (infectante), conforme ABNT NBR 7500. Atender à ABNT NBR 9191 (sacos plásticos - Classe II, resíduo infectante) e à RDC ANVISA nº 222/2018.		
2	Saco de Lixo para Resíduo Infectante/ Hospitalar (Saco Branco) de 50 litros. cor branca leitosa, opacidade suficiente para impedir a visualização do conteúdo, capacidade nominal de 30 litros. Fabricado em polietileno de alta densidade (PEAD) virgem, com solda de fundo reforçada, resistente a ruptura e vazamento de líquidos. Deve conter impresso o símbolo internacional de risco biológico (infectante), conforme ABNT NBR 7500. Atender à ABNT NBR 9191 (sacos plásticos - Classe II, resíduo infectante) e à RDC ANVISA nº 222/2018.	Pacote (100unid)	20 Pacotes
3	Compressa de Gaze Hidrófila 100% Algodão-Não Estéril, 7,5cm x 7,5cm, 5 dobras, 8 camadas, densidade mínima de 13 fios/cm², boa capacidade de absorção, isenta de amido, alvejantes ópticos ou substâncias irritantes. Atender à ABNT NBR 13458 (gaze de algodão para curativo); notificação/registro na ANVISA. Embalagem com identificação de lote e validade.	Pacote (500uni)	100 Pacotes
4	Luva para procedimento não cirúrgico, látex natural, sem pó (powder-free), não estéril, ambidestra, formato anatômico, punho com bainha reforçada, tamanho M. Atóxica, resistente à tração, boa sensibilidade tátil. Atender à ABNT NBR 13392 e à ABNT NBR ISO 11193-1; produto com registro na ANVISA.	Caixa (100)	10



PREFEITURA MUNICIPAL DE SELBACH/RS

Largo Adolfo Albino Werlang, 14

Fone: (54)3387-1144

www.selbach.rs.gov.br

Setor de Licitações

5	Agulha hipodérmica estéril, descartável, uso único, aço inoxidável siliconizado, bisel trifacetado, dimensões 25 x 0,7 mm (22G), canhão cor preta (código internacional ISO 6009). Embalagem individual em papel grau cirúrgico, esterilização por óxido de etileno ou radiação gama. Atender à ABNT NBR ISO 7864 (agulhas hipodérmicas estéreis de uso único); registro na ANVISA.	Caixa (100)	5
6	Agulha hipodérmica estéril, descartável, uso único, aço inoxidável siliconizado, bisel trifacetado, dimensões 40 x 1,2 mm (18G), canhão cor rosa (código internacional ISO 6009). Embalagem individual em papel grau cirúrgico, esterilização por óxido de etileno ou radiação gama. Atender à ABNT NBR ISO 7864; registro na ANVISA.	Caixa (100)	10
7	Agulha hipodérmica estéril, descartável, uso único, aço inoxidável siliconizado, bisel trifacetado, dimensões 25 x 0,8 mm (21G), canhão cor verde (código internacional ISO 6009). Embalagem individual em papel grau cirúrgico, esterilização por óxido de etileno ou radiação gama. Atender à ABNT NBR ISO 7864; registro na ANVISA.	Caixa (100)	15
8	Solução degermante de gliconato de clorexidina a 2%, para antisepsia e degermação de mãos e pele previamente a procedimentos. Frasco de 1 litro, com tampa/válvula que preserve a esterilidade do conteúdo até o uso. Produto com registro na ANVISA (antisséptico degermante); validade mínima de 18 meses a contar da data de entrega.	Unid	03
9	Água destilada estéril para uso injetável, apirogênica, isenta de partículas visíveis. Ampola de 10 ml (plástica ou vidro), fabricada sob Boas Práticas de Fabricação (BPF/ANVISA).	Unid	100



PREFEITURA MUNICIPAL DE SELBACH/RS

Largo Adolfo Albino Werlang, 14

Fone: (54)3387-1144

www.selbach.rs.gov.br

Setor de Licitações

	Registro na ANVISA; lote e validade impressos na embalagem; conforme Farmacopeia Brasileira vigente.		
10	Frasco Hospitalar Solução de cloreto de sódio a 0,9% (isotônica), estéril e apirogênica, para uso hospitalar. Frasco plástico flexível ou semirrígido de 250 ml, com sistema de fechamento que garanta inviolabilidade. Registro na ANVISA; conforme Farmacopeia Brasileira vigente.	Unid	50
11	Lâmina de bisturi descartável, estéril, aço carbono, número 15, encaixe padrão para cabo de bisturi nº 3. Embalagem individual em papel grau cirúrgico, esterilizada por radiação gama ou óxido de etileno, fio de corte afiado e uniforme. Atender à ABNT NBR ISO 7740 (lâminas de bisturi); registro na ANVISA.	Caixa (100)	3
12	Lâmina de bisturi descartável, estéril, aço carbono, número 21, encaixe padrão para cabo de bisturi nº 4. Embalagem individual em papel grau cirúrgico, esterilizada por radiação gama ou óxido de etileno, fio de corte afiado e uniforme. Atender à ABNT NBR ISO 7740; registro na ANVISA.	Caixa (100)	3
13	Coletor rígido para descarte de material perfurocortante (Grupo E), papelão ondulado reforçado, revestimento interno impermeável (saco plástico), cor amarela. Símbolo de risco biológico impresso, sistema de trava e contratrava de segurança, alça para transporte, capacidade nominal de 13 litros. Atender à ABNT NBR 13853, à RDC ANVISA nº 222/2018 e à Resolução CONAMA nº 358/2005.	Unid	100
14	Coletor rígido para descarte de material perfurocortante (Grupo E), papelão ondulado reforçado, revestimento interno impermeável (saco plástico), cor amarela. Símbolo de risco biológico impresso, sistema de trava e contratrava de segurança, alça para transporte, capacidade nominal de 7 litros.	Unid	50



PREFEITURA MUNICIPAL DE SELBACH/RS

Largo Adolfo Albino Werlang, 14

Fone: (54)3387-1144

www.selbach.rs.gov.br

Setor de Licitações

	Atender à ABNT NBR 13853, à RDC ANVISA nº 222/2018 e à Resolução CONAMA nº 358/2005.		
15	Lâmina de vidro para microscopia, lapidada, com extremidade fosca para identificação/escrita, dimensões 26 mm x 76 mm (compatível com a especificação 75 x 25 mm). Espessura entre 1,0 e 1,2 mm, bordas lapidadas sem rebarbas, transparente, isenta de bolhas e riscos.	Caixa (50)	5

5. RESULTADOS PRETENDIDOS

Pretende-se, com o presente processo licitatório, assegurar a seleção da proposta apta a gerar a contratação mais vantajosa para o Município.

Almeja-se, igualmente, assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa competição, bem como evitar contratação com sobre preço ou com preço manifestamente inexequível e superfaturamento na execução do contrato.

A contratação decorrente do presente processo licitatório exigirá da contratada o cumprimento das boas práticas de sustentabilidade, contribuindo para a racionalização e otimização do uso dos recursos, bem como para a redução dos impactos ambientais.


6. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO

Para a contratação pretendida não haverá necessidade de providências prévias no âmbito da Administração.

A Secretaria da SAÚDE indica os servidores para atuarem como gestor e fiscal do contrato.

Neida Teresinha Hammes - Gestor

Dionatan Palhano – Coordenador



PREFEITURA MUNICIPAL DE SELBACH/RS

Largo Adolfo Albino Werlang, 14

Fone: (54)3387-1144

www.selbach.rs.gov.br

Setor de Licitações

7. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Este estudo não identificou a necessidade de realizar contratações acessórias para a perfeita execução do objeto, uma vez que todos os meios necessários para a aquisição/operacionalização dos serviços podem ser supridos apenas com a contratação ora proposta.

Os bens/serviços que se pretende, portanto, são autônomos e prescindem de contratações correlatas ou interdependentes.

Selbach, 08 de setembro de 2026.

Neida Teresinha Hammes

Secretária Municipal da Saúde